

Уральский научно-исследовательский институт метрологии - филиал  
Федерального государственного унитарного предприятия  
«Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им.Д.И.Менделеева»  
(УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менделеева»)

620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 4  
тел: +7(343)350-26-18, факс: +7(343)350-20-39, uniim@uniim.ru, www.uniim.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.311473



ВНИИМ  
им. Д.И.Менделеева

## СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПОВЕРКЕ

№ С-С/20-05-2022/157553265

Действительно до «19» мая 2023 г.

Средство измерений Спектрометр инфракрасный Fluid Scan, 54501-13

наименование, тип, модификация средства измерений, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

в составе —

заводской номер НН2029

поверено

в полном объеме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с МП 09-251-2013 «ГСИ. Спектрометры инфракрасные Fluid Scan. Методика

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

поверки» с изменением № 1

с применением эталонов ГЭТ 173-2017 Государственный первичный эталон единиц

регистрационный номер и(или) наименование, тип, заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

массовой доли, массовой (молярной) концентрации воды в твердых и жидких веществах и

материалах

при следующих значениях влияющих факторов температура окружающей среды 21,2 °С;

перечень влияющих факторов,

относительная влажность воздуха 46,5 %

нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано

ненужное зачеркнуть

пригодным к применению.

Знак поверки



Постоянный адрес записи сведений о результатах поверки в ФИФ:

<https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-157553265>

Поверитель

Голынец О.С.

фамилия, инициалы

Заведующий лабораторией 241

должность руководителя или другого уполномоченного лица

Медведевских М.Ю.

фамилия, инициалы

Дата поверки


«20» мая 2022 г.

Метрологические характеристики и (или) протокол поверки

Спектральный диапазон (2,5 - 14) мкм

Предел допускаемого относительного СКО выходного сигнала спектрометра 3 %

Поверитель

  
подпись

Голынец О.С.

фамилия, инициалы

Менеджер по качеству

  
подпись

Туринцева А.Б.

фамилия, инициалы

серия Е № 016831